



## OPS 2026

# Änderungsvorschlag für den OPS 2026

Dieses Formular ist urheberrechtlich geschützt und darf nur zur Einreichung eines Vorschlags heruntergeladen und genutzt werden. Eine Veröffentlichung z. B. auf Webseiten, in Internetforen oder vergleichbaren Medien ist nicht gestattet.

## Bearbeitungshinweise

1. Bitte füllen Sie für inhaltlich nicht zusammenhängende Vorschläge jeweils ein eigenes Formular aus.
2. Füllen Sie dieses Formular elektronisch aus. Die Formulare Daten werden elektronisch weiterverarbeitet, so dass nur **strukturell unveränderte digitale** Kopien im DOCX-Format angenommen werden.
3. Vergeben Sie einen Dateinamen gemäß unten stehendem Beispiel; verwenden Sie Kleinschrift ohne Umlaute und ß, ohne Leer- oder Sonderzeichen und ohne Unterstrich:  
`ops2026-kurzbezeichnungdesinhalts.docx`; `kurzbezeichnungdesinhalts` sollte nicht länger als 25 Zeichen sein.  
**Beispiel: ops2026-komplexxkodefruehreha.docx**
4. Senden Sie Ihren Vorschlag ggf. zusammen mit Stellungnahmen der Fachverbände unter einem prägnanten Betreff als E-Mail-Anhang bis zum **28. Februar 2025** an [vorschlagsverfahren@bfarm.de](mailto:vorschlagsverfahren@bfarm.de).
5. Der fristgerechte Eingang wird Ihnen per E-Mail bestätigt. Heben Sie diese **Eingangsbestätigung** bitte als Nachweis auf. Sollten Sie keine Eingangsbestätigung erhalten, wenden Sie sich umgehend an das Helpdesk Klassifikationen (0228 99307-4945, [klassi@bfarm.de](mailto:klassi@bfarm.de)).

## Hinweise zum Vorschlagsverfahren

Das Vorschlagsverfahren wird gemäß Verfahrensordnung für die Festlegung von ICD-10-GM und OPS gemäß § 295 Absatz 1 Satz 9 und § 301 Absatz 2 Satz 7 SGB V durchgeführt.

Bitte berücksichtigen Sie bei der Erarbeitung eines OPS-Vorschlags die "Gesichtspunkte für zukünftige Revisionen des OPS" in der aktuellen Fassung:

[www.bfarm.de](http://www.bfarm.de) – Kodiersysteme – Klassifikationen – OPS, ICHI – OPS – Vorschlagsverfahren – ...

Änderungsvorschläge sollen **primär durch die inhaltlich zuständigen Fachverbände** eingebracht werden. Dies dient der fachlichen Beurteilung und Bündelung der Vorschläge, erleichtert die Identifikation relevanter Vorschläge und trägt so zur Beschleunigung der Bearbeitung bei.

Einzelpersonen und auch einreichende Fachverbände werden gebeten (§ 3 Absatz 3 Verfahrensordnung), ihre Vorschläge **vorab mit allen bzw. allen weiteren für den Vorschlag relevanten Fachverbänden** (Fachgesellschaften [www.awmf-online.de](http://www.awmf-online.de), Verbände des Gesundheitswesens) abzustimmen und mit den schriftlichen Stellungnahmen dieser Fachverbände einzureichen. Für Vorschläge, die nicht mit den inhaltlich zuständigen Fachverbänden abgestimmt sind, leitet das BfArM diesen Abstimmungsprozess ein. Kann die Abstimmung nicht während des laufenden Vorschlagsverfahrens abgeschlossen werden, so kann der Vorschlag nicht umgesetzt werden.

Vorschläge, die die externe Qualitätssicherung betreffen, sollten mit der dafür zuständigen Organisation abgestimmt werden.

**Wir weisen ausdrücklich darauf hin**, dass Vorschläge nur im eigenen Namen oder mit ausdrücklicher Einwilligung der unter 1. genannten verantwortlichen Person eingereicht werden dürfen. Das BfArM führt vor der Veröffentlichung keine inhaltliche Überprüfung der eingereichten Vorschläge durch. Für die Inhalte sind ausschließlich die Einreichenden verantwortlich. Bei Fragen oder Unstimmigkeiten bitten wir, sich direkt an die jeweiligen im Vorschlagsformular genannten Ansprechpersonen zu wenden.

## Einräumung der Nutzungsrechte und Erklärung zum Datenschutz

**Mit Einsendung des Vorschlags räumen Sie dem BfArM das Nutzungsrecht an dem eingereichten Vorschlag ein.**

Datenschutzrechtliche Hinweise zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten und zu Ihren Rechten finden Sie auf unseren Internetseiten unter [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de) - Datenschutzerklärung.



## OPS 2026

Wir bitten Sie, die Einräumung der Nutzungsrechte und die gemäß Datenschutzgesetzgebung erforderliche Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu bestätigen.

Pflichtangaben sind mit einem \* markiert.

### 1. Verantwortlich für den Inhalt des Vorschlags

Kontaktdaten	Angaben der verantwortlichen Person
Organisation *	Deutsches Herzzentrum München, TUM Universitätsklinikum
Offizielles Kürzel der Organisation (sofern vorhanden)	DHM
Internetadresse der Organisation (sofern vorhanden)	<a href="https://www.deutsches-herzzentrum-muenchen.de">https://www.deutsches-herzzentrum-muenchen.de</a>
Anrede (inkl. Titel) *	Herr Dr.
Name *	Bonk
Vorname *	Maximilian-Niklas
Straße *	Lazarettstr. 36
PLZ *	80636
Ort *	München
E-Mail *	<a href="mailto:bonk@dhm.mhn.de">bonk@dhm.mhn.de</a>
Telefon *	+49-891218-2904

### Einräumung der Nutzungsrechte



\* Ich als Verantwortliche oder Verantwortlicher für diesen Vorschlag versichere, dass ich berechtigt bin, dem BfArM die nachfolgend beschriebenen Nutzungsrechte an dem Vorschlag einzuräumen. Mit Einsendung des Vorschlags wird die folgende Erklärung akzeptiert:

„Gegenstand der Nutzungsrechteübertragung ist das Recht zur Bearbeitung und Veröffentlichung des Vorschlags im Rahmen der Weiterentwicklung des OPS komplett oder in Teilen und damit Zugänglichmachung einer breiten Öffentlichkeit. Dies schließt sprachliche und inhaltliche Veränderungen ein. Dem BfArM werden jeweils gesonderte, räumlich unbeschränkte und nicht ausschließliche Nutzungsrechte an dem Vorschlag für die Dauer der gesetzlichen Schutzfristen eingeräumt. Die Einräumung der Nutzungsrechte erfolgt unentgeltlich.“

### Einwilligung zur Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten



\* Ich willige als Verantwortliche oder Verantwortlicher für diesen Vorschlag darin ein, dass der Vorschlag einschließlich meiner unter Punkt 1 genannten personenbezogenen Daten zum Zweck der Vorschlagsbearbeitung verarbeitet und ggf. an Dritte übermittelt wird, die an der Bearbeitung des Vorschlags beteiligt sind (z. B. Vertretende der Selbstverwaltung und der Fachverbände sowie der Organisationen oder Institutionen, die durch gesetzliche Regelungen mit der Qualitätssicherung im ambulanten und stationären Bereich beauftragt sind, Mitglieder der Arbeitsgruppe ICD und der Arbeitsgruppe OPS sowie ggf. weitere Expertinnen und Experten). Ich kann meine Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft jederzeit widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitungen nicht berührt.



Ich willige als Verantwortliche oder Verantwortlicher für diesen Vorschlag darin ein, dass der Vorschlag **einschließlich** meiner unter Punkt 1 genannten personenbezogenen Daten auf den Internetseiten des BfArM veröffentlicht wird. Ich kann meine Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft jederzeit widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitungen nicht berührt. Der Widerruf kann über das Funktionspostfach [klassi@bfarm.de](mailto:klassi@bfarm.de) erfolgen. Sollten Sie darin nicht einwilligen, wird Ihr Vorschlag ab Seite 4 veröffentlicht.



## OPS 2026

### 2. Ansprechpartnerin oder Ansprechpartner (wenn nicht mit 1. identisch)

Kontaktdaten	Angaben der Ansprechpartnerin oder des Ansprechpartners
Organisation *	
Offizielles Kürzel der Organisation (sofern vorhanden)	
Internetadresse der Organisation (sofern vorhanden)	
Anrede (inkl. Titel) *	
Name *	
Vorname *	
Straße *	
PLZ *	
Ort *	
E-Mail *	
Telefon *	

### Einwilligung zur Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten

- ☐ \* Ich willige als Ansprechpartnerin oder Ansprechpartner für diesen Vorschlag darin ein, dass der Vorschlag einschließlich meiner unter Punkt 2 genannten personenbezogenen Daten zum Zweck der Vorschlagsbearbeitung verarbeitet und ggf. an Dritte übermittelt wird, die an der Bearbeitung des Vorschlags beteiligt sind (z. B. Vertretende der Selbstverwaltung und der Fachverbände sowie der Organisationen oder Institutionen, die durch gesetzliche Regelungen mit der Qualitätssicherung im ambulanten und stationären Bereich beauftragt sind, Mitglieder der Arbeitsgruppe ICD und der Arbeitsgruppe OPS sowie ggf. weitere Expertinnen und Experten). Ich kann meine Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft jederzeit widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitungen nicht berührt.
- ☐ Ich willige als Ansprechpartnerin oder Ansprechpartner für diesen Vorschlag darin ein, dass der Vorschlag **einschließlich** meiner unter Punkt 2 genannten personenbezogenen Daten auf den Internetseiten des BfArM veröffentlicht wird. Ich kann meine Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft jederzeit widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitungen nicht berührt.  
Sollten Sie darin nicht einwilligen, wird der Vorschlag ab Seite 4 veröffentlicht.



## OPS 2026

**Bitte beachten Sie:** Wenn Sie einwilligen, dass die Seiten 2 und 3 mitveröffentlicht werden, setzen Sie bitte das entsprechende Häkchen auf Seite 2 bzw. Seite 3. Sollten Sie darin nicht einwilligen, wird der Vorschlag ab Seite 4, also ab hier, veröffentlicht.

### 3. Prägnante Kurzbeschreibung Ihres Vorschlags (maximal 85 Zeichen inkl. Leerzeichen) \*

#### Kurzbeschreibung

Neuer Prozedurenkode: Resorbierbare individuelle 3D-gedruckte CAD/CAM Kranioplastik

### 4. Mitwirkung der Fachverbände \*

(eventuelle Stellungnahme(n) bitte als gesonderte Datei(en) mit dem Vorschlag einreichen, s. a. **Hinweise** am Anfang des Formulars. Bitte nur **eine** der beiden nachfolgenden Checkboxes anhaken.)

- ☒ Es liegen keine schriftlichen Erklärungen über die Unterstützung des Vorschlags oder Mitarbeit am Vorschlag seitens der Fachverbände vor.
- ☐ Dem BfArM werden zusammen mit dem Vorschlag schriftliche Erklärungen über die Unterstützung des Vorschlags oder Mitarbeit am Vorschlag seitens der folgenden Fachverbände übersendet.

Bitte entsprechende Fachverbände auflisten:

#### Fachverbände mit schriftlicher Unterstützung

DGNC: keine Vorbehalte  
DGMKG / Dt. Gesellschaft für Schädelbasischirurgie / DGHNO-KHC per Mail informiert

### 5. Der Vorschlag betrifft ein Verfahren, das durch die Verwendung eines oder mehrerer Medizinprodukte charakterisiert ist oder bei dem für die Durchführung der Prozedur ein Medizinprodukt benötigt bzw. eingesetzt wird \*

- ☐ Nein
- ☒ Ja

#### a. Name des Medizinproduktes und des Herstellers (ggf. mehrere. Falls Ihnen ähnliche Produkte bekannt sind, führen Sie diese bitte auch auf.)

##### Medizinprodukt

Osteopore® CMD  
Craniomaxillofacial (CMF)

#### b. Datum der letzten CE-Zertifizierung. Es wird darum gebeten, die CE-Zertifizierung zusammen mit dem Vorschlag zu übersenden oder nachzureichen

##### CE-Zertifizierung

Gemäß EU MDR 2017/745 wird für patientenindividuell hergestellte Implantate kein CE-Zeichen vergeben.



## OPS 2026

- c. **Zweckbestimmung laut Gebrauchsanweisung. Es wird darum gebeten, die Gebrauchsanweisung zusammen mit dem Vorschlag zu übersenden oder nachzureichen**

### Zweckbestimmung

#### Zweckbestimmung

Osteopore® CMD (CMF) ist für die Reparatur und Wiederherstellung der knöchernen Kontur im CMF-Bereich bei einem bestimmten Patienten vorgesehen. Es ist für die Reparatur posttraumatischer, postoperativer und kongenitaler Knochendefekte indiziert.

#### Gebrauchsanweisung

Osteopore® CMD (CMF) ist ein maßgeschneidertes bioresorbierbares Implantat. Es besteht zu 80 Gew.-% aus Polycaprolacton (PCL) und zu 20 Gew.-% aus Beta-Tricalciumphosphat ( $\beta$ -TCP). Es wird nach den vom Arzt gewünschten spezifischen Designmerkmalen hergestellt, steril geliefert und ist nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt. Der Chirurg füllt die Vorrichtung mit Knochenmarkaspirat (BMA). Eine Schneideanleitung wird mitgeliefert, um den Chirurgen bei der korrekten Anpassung an die Defektstelle zu unterstützen.

6. **Der Vorschlag betrifft ein Verfahren, das durch die Verwendung eines oder mehrerer Arzneimittel charakterisiert ist oder bei dem für die Durchführung der Prozedur ein Arzneimittel benötigt bzw. eingesetzt wird \***

☒ Nein

☐ Ja

- a. **Name des Arzneimittels und des Herstellers (ggf. mehrere. Falls Ihnen ähnliche Produkte bekannt sind, führen Sie diese bitte auch auf.)**

### Arzneimittel

- b. **Datum der letzten Arzneimittelzulassung, Name der erteilenden Institution und Anwendungsgebiet laut Fachinformation. Es wird darum gebeten, die Fachinformation zusammen mit dem Vorschlag zu übersenden oder nachzureichen**

### Arzneimittelzulassung



## OPS 2026

### 7. Inhaltliche Beschreibung der klassifikatorischen Änderungen \*

(ggf. inkl. Vorschlag für (neue) Schlüsselnummern, Klassentitel, Inklusiva, Exklusiva, Hinweise und Klassifikationsstruktur; bitte geben Sie ggf. auch Synonyme und/oder Neuzuordnungen für das Alphabetische Verzeichnis an)

#### Inhaltliche Beschreibung des Vorschlags

Einführung von zwei Prozedurenkodes bei einfachen und größeren bzw. komplexen Defekten am Schädelknochen. Verwendung von präoperativ hergestellten 3D-gedruckten patientenindividuellem porösen resorbierbaren CAD-/CAM Implantaten und fibrovaskulärer Integration.

Neuer OPS-Kode:

5-020.76 Mit computerassistent vorgefertigtem Implantat [CAD-Implantat], einfacher Defekt, mit porösem resorbierbarem Material und fibrovaskulärer Integration

5-020.77 Mit computerassistent vorgefertigtem Implantat [CAD-Implantat], großer oder komplexer Defekt, mit porösem resorbierbarem Material und fibrovaskulärer Integration

Die OPS-Kodes 5-020.76 und .77 sollen auch in Anlage 6 des Fallpauschalenkataloges 2026 unter ZE2026-04 mit aufgenommen werden, um die Höhe der Zusatzentgelte je nach einfacher CAD-Gussform Variante, nicht resorbierbarer patientenindividueller CAD/CAM Ausfertigung, oder resorbierbarer patientenindividueller CAD/CAM Kranioplastik differenzierbar zu machen.

### 8. Problembeschreibung und weitere Angaben

#### a. Problembeschreibung (Begründung) \*

##### Problembeschreibung

Für die Kranioplastik werden je nach Größe und medizinischen Anforderung des Knochendefektes unterschiedliche Verfahren zur Herstellung von geeigneten Implantaten verwendet. Kleinere (5-020.61) bis mittelgroße (5-020.70) Defekte werden in der klinischen Praxis oft mit einfachem Knochenzement versorgt (mit oder ohne Verwendung von CAD-Gussformen), wo hingegen andere Defekte modernere und kostenintensivere Verfahren erfordern. Dazu gehört die zunehmende Verwendung von präoperativ hergestellten patientenindividuellen nicht resorbierbaren CAD/CAM Implantaten und jetzt auch ein im 3D-Druck hergestelltes poröses resorbierbares CAD/CAM Implantat, für das hier ein OPS-Kode eingereicht wird.

Eine Differenzierung von nicht resorbierbaren und resorbierbaren CAD/CAM Implantaten wäre auch in den folgenden Fällen hilfreich:

1. Implantatregister (Kranioplastikregister der DGNC)
2. Versorgungsforschung
3. MDR geforderte post-marked Surveillance
4. IQTIG Meldepflicht bei Schlaganfall (dekompressive Hemicraniektomie)



## OPS 2026

### b. Inwieweit ist der Vorschlag für die Weiterentwicklung der Entgeltsysteme relevant? \*

#### Relevanz Entgeltsysteme

Die Darstellung der unterschiedlichen Sachkosten für Kranioplastiken ist für eine sachgemäße Erstattung wie für die Verhandlung von Zusatzentgelten eine wesentliche Voraussetzung.

Kostenvergleich von marktüblichen Verfahren:

1. Einfacher Knochenzement patientenindividuell intraoperativ eingebracht (5-020.61)  
Kostenrahmen von 50 bis 100 Euro
2. Einfacher Knochenzement patientenindividuell intraoperativ in einer CAD-Gussform eingebracht  
Kostenrahmen von 2.000 bis 3.000 Euro (5-020.71/.72)
3. Verwendung von präoperativ hergestellten patientenindividuellen computerassistent designed (CAD) und computerassistent hergestellten (CAM) Implantaten (5-020.71/.72)  
Kostenrahmen von 4.500 bis 7.000 Euro
4. Mit computerassistent vorgefertigtem Implantat [CAD-Implantat], einfacher Defekt, mit nicht resorbierbarem, mikroporösem Material mit fibrovaskulärer Integration (5-020.74)  
Kostenrahmen von 3.500-4.500 Euro
5. Mit computerassistent vorgefertigtem Implantat [CAD-Implantat], großer oder komplexer Defekt, mit nicht resorbierbarem, mikroporösem Material mit fibrovaskulärer Integration (5-020.75)  
Kostenrahmen von 5.000-8.000 Euro
6. Mit computerassistent vorgefertigtem Implantat [CAD-Implantat], einfacher Defekt, mit porösem resorbierbarem Material und fibrovaskulärer Integration (5-020.76)  
Kostenrahmen von 4.500-5.500 Euro
7. Mit computerassistent vorgefertigtem Implantat [CAD-Implantat], großer oder komplexer Defekt, mit porösem resorbierbarem Material und fibrovaskulärer Integration (5-020.77)  
Kostenrahmen von 6.000-8.000 Euro

### c. Verbreitung des Verfahrens \*

- ☐ Standard (z. B., wenn das Verfahren in wissenschaftlichen Leitlinien empfohlen wird)
- ☒ Etabliert (z. B., wenn der therapeutische Stellenwert in der Literatur beschrieben ist)
- ☐ In der Evaluation (z. B., wenn das Verfahren neu in die Versorgung eingeführt ist)
- ☐ Experimentell (z. B., wenn das Verfahren noch nicht in die Versorgung eingeführt ist)
- ☐ Unbekannt

### d. Angaben zu Leitlinien, Literatur, Studienregistern usw. (maximal 5 Angaben)

#### Leitlinien, Literatur, Studienregister

1. FA Probst et al., Rekonstruktion der Kalvaria durch ein präfabriziertes bioaktives Implantat Handchir Mikrochir Plast Chir 2010;42(6): 369-373  
DOI: <https://dx.doi.org/10.1055/s-0030-1248310>
2. S Seen et al., Orbital Implants in Orbital Fracture Reconstruction: A Tean-Year Series, Craniomaxillofacial Trauma&Reconstruction 2021 Mar;14(1):56-63  
DOI: 10.1177/1943387520939032



## OPS 2026

### Leitlinien, Literatur, Studienregister

3. S Sorek et al., Skull Reconstruction Using a Custom-Made, Three-Dimensional-Printed, Hydroxyapatite-Titanium Cranioplasty Implant: Largest Single-Center U.S. Experience, World Neurosurgery 167:E1387-E1394, 2022 DOI: <https://doi.org/10.1016/j.wneu.2022.09.050>

#### e. Kosten (ggf. geschätzt) des Verfahrens \*

##### Kosten

Siehe auch Punkt 8b

Kostenvergleich von marktüblichen Verfahren variiert nach Defektgröße und Anforderungen zwischen 50 und 8.000 Euro.

#### f. Kostenunterschiede (ggf. geschätzt) zu bestehenden, vergleichbaren Verfahren (Schlüsselnummern) \*

##### Kostenunterschiede

Siehe auch Punkt 8b

Kostenvergleich von marktüblichen Verfahren variiert nach Defektgröße und Anforderungen zwischen 50 und 8.000 Euro.

#### g. Fallzahl (ggf. geschätzt), bei der das Verfahren zur Anwendung kommt \*

##### Fallzahl

Laut Qualitätsdaten von 2022 wurden 5.314 Fälle mit Kranioplastik in der hier ausgewählten Übersicht operiert.

Fallzahlen je OPS-Kode (gekürzte Darstellung):

498	5-020.61	mit einfachem Implantat (z.B. Knochenzement)
279	5-020.65	Gesichtsschädel 2 Regionen CAD-Implantat
16	5-020.66	Gesichtsschädel ab 3 Regionen CAD-Implantat
97	5-020.67	Hirnschädel u.w. bis 2 Regionen CAD-Implantat
17	5-020.68	Hirn- u. Gesichtsschädel ab 3 Regionen CAD-Implantat
3273	5-020.70	mit einfachem Implantat (z.B. Knochenzement)
177	5-020.71	einfacher Defekt CAD-Implantat
786	5-020.72	großer Defekt CAD-Implantat
26	5-020.74	einfacher Defekt CAD-Implantat, nicht resorbierbar, mikroporös
145	5-020.75	großer Defekt CAD-Implantat, nicht resorbierbar, mikroporös

Geschätzte mögliche Fallzahlpotenzial für 2026 ca.:

5-020.76: 10-15 und

5-020.77: 70-80

#### h. Inwieweit ist der Vorschlag für die Weiterentwicklung der externen Qualitätssicherung relevant? \*

(Vorschläge, die die externe Qualitätssicherung betreffen, sollten mit der dafür zuständigen Organisation abgestimmt werden.)

##### Relevanz Qualitätssicherung

Nicht relevant





## OPS 2026

### 9. Bisherige Kodierung des Verfahrens

(Bitte nennen Sie, falls möglich, die Codes, die aus klassifikatorischer Sicht unabhängig vom Ergebnis der Gruppierung in Entgeltsystemen zurzeit für das Verfahren anzugeben sind)

#### Bisherige Kodierung

Die bisherige Kodierung der Kranioplastik unter 5-020 ff siehe Punkt 8g soll ergänzt werden um 2 neue OPS-Kodes zur Verwendung von resorbierbaren CAD/CAM Implantaten und die Aufnahme in Anlage 6 Fallpauschalenkatalog.

### 10. Sonstiges

(z. B. Kommentare, Anregungen, Literaturangaben bitte ausschließlich unter 8.d aufführen)

#### Sonstiges